Ficha técnica del producto

Kit de ampliación de monitor de placa cargada para medidor de campo electrostático

ES | 2026-11-12



Referencia: DSWL73726

Kit de ampliación que dota a un medidor de campo electrostático ya disponible de la función de un monitor de placa cargada. Con él comprueba el efecto de los ionizadores en la EPA sin tener que adquirir un segundo instrumento de medición.

Descripción

El set convierte el medidor de campo electrostático en una herramienta para comprobar ionizadores.

Un monitor de placa cargada (CPM) funciona con una placa metálica aislada que se carga y se vuelve a descargar en la corriente de aire de un ionizador. Así se ve si el ionizador elimina las cargas de forma fiable y trabaja de forma equilibrada.

El kit de ampliación está previsto para un medidor de campo electrostático ya disponible. Le indicamos el contenido exacto del suministro y los equipos compatibles antes del presupuesto.

Ámbitos de uso típicos

• Comprobación de ventiladores y barras ionizadoras

• Recepción de ionizadores nuevos

• Control periódico dentro del programa ESD

• Búsqueda de fallos ante cargas inexplicables

En qué debe fijarse al elegir

• Compatibilidad: compruebe si su medidor de campo electrostático está previsto para el set.

• Tarea de comprobación: el set sirve para controlar ionizadores.

• Alternativa: también hay un medidor de campo electrostático con el set ya incluido.

• Documentación: defina cómo va a registrar los resultados de medición.

Datos técnicos

Referencia	DSWL73726
Suministro	bajo petición, presupuesto con precio y unidad de embalaje

Indicaciones de uso

Mida los ionizadores a intervalos fijos y en las mismas condiciones, para que los resultados sean comparables. Mantenga limpia la placa, ya que la suciedad puede falsear la medición.

Preguntas frecuentes

Complementos adecuados: equipos de medición y ensayo ESD · todos los artículos ESD · fundamentos de ESD

Ver la ficha técnica (página web, alemán)

Variantes

Versión	Referencia
Estándar	DSWL73726

Elaborada a partir de la información del producto. Esta ficha no sustituye un certificado de ensayo. Prevalecen los documentos originales.