Ficha técnica do produto

Medidor de campo eletrostático, digital, incl. conjunto de placa carregada

PT | 2026-11-12



Referência: DSWL73725

Medidor de campo eletrostático digital com conjunto de placa carregada incluído. Além de medições de campo, verifica também o efeito dos ionizadores. Uma combinação para quem quer realizar as duas tarefas com um só aparelho.

Descrição

O aparelho e o conjunto de placa carregada em conjunto cobrem a medição de campo e a verificação de ionizadores.

O medidor de campo eletrostático mostra digitalmente as cargas em superfícies. Com o conjunto de placa carregada, uma placa isolada é carregada e descarregada na corrente de ar do ionizador. Assim vê se o ionizador funciona como previsto.

Quem já possui um medidor de campo eletrostático pode também adaptar o conjunto em separado. Esta versão destina-se a utilizadores que precisam de ambas as funções desde o início.

Áreas de aplicação típicas

• Controlo de ionizadores em postos de trabalho

• Medições de campo em materiais e embalagens

• Receção de novas instalações de ionização

• Verificações regulares no programa ESD

A que se deve prestar atenção na seleção

• Funcionalidades: medição de campo e verificação de ionizadores num só pacote.

• Existências: se já tem um medidor de campo eletrostático, o kit de adaptação costuma bastar.

• Visor: os valores medidos aparecem em formato digital.

• Calibração: planeie calibrações regulares para o aparelho e o conjunto.

Especificações técnicas

Referência	DSWL73725
Referência	mediante pedido, orçamento com preço e unidade de embalagem

Indicações de utilização

Verifique os ionizadores nos locais em que realmente se trabalha. Mantenha a placa carregada limpa e guarde o conjunto protegido, para que o isolamento da placa se mantenha.

Perguntas frequentes

Combina com: Equipamentos de medição e ensaio ESD · Todos os artigos ESD · Fundamentos de ESD

Ver ficha técnica (página Web, alemão)

Variantes

Versão	Referência
Padrão	DSWL73725

Elaborada com base na informação do produto. Esta ficha não substitui um certificado de ensaio. Prevalecem os documentos originais.