Ficha técnica do produto

Kit de adaptação de teste de marcha para medidor de campo eletrostático

PT | 2026-11-12



Referência: DSWL73729

Conjunto de reequipamento com o qual utiliza um medidor de campo eletrostático existente para testes de marcha. O teste mostra em que medida uma pessoa se carrega ao caminhar no seu pavimento com o seu calçado. Assim, verifica pavimento e calçado em conjunto.

Descrição

O conjunto amplia o medidor de campo eletrostático com a medição da tensão corporal ao caminhar.

No teste de marcha, uma pessoa caminha sobre o pavimento enquanto a sua tensão corporal é medida. O resultado mostra se a combinação de revestimento de pavimento e calçado ESD limita suficientemente as cargas.

O conjunto destina-se ao reequipamento de um medidor de campo eletrostático existente. Indicamos o conteúdo do fornecimento e os aparelhos compatíveis antes do orçamento. Em alternativa, existe um kit completo de teste de marcha na mala.

Áreas de aplicação típicas

• Receção de novos pavimentos ESD

• Verificação conjunta de pavimento e calçado

• Comparação de diferentes modelos de calçado

• Controlos regulares no programa ESD

A que se deve prestar atenção na seleção

• Compatibilidade do aparelho: verifique se o seu medidor de campo eletrostático está previsto para o conjunto.

• Objetivo do ensaio: o teste de marcha avalia pavimento e calçado em conjunto.

• Alternativa: sem aparelho existente, o kit completo é a melhor escolha.

• Condições de ensaio: planeie as medições com humidade do ar comparável.

Especificações técnicas

Referência	DSWL73729
Referência	mediante pedido, orçamento com preço e unidade de embalagem

Indicações de utilização

Realize testes de marcha com o calçado que é efetivamente usado na empresa. Anote o clima da sala, o pavimento e o tipo de calçado, para que os resultados possam ser comparados mais tarde.

Perguntas frequentes

Combina com: Equipamentos de medição e ensaio ESD · Todos os artigos ESD · Fundamentos de ESD

Ver ficha técnica (página Web, alemão)

Variantes

Versão	Referência
Padrão	DSWL73729

Elaborada com base na informação do produto. Esta ficha não substitui um certificado de ensaio. Prevalecem os documentos originais.