Технічний лист виробу

# Комплект для дооснащення монітором із зарядженою пластиною для вимірювача електростатичного поля

UK | 2026-11-12



Артикул: DSWL73726

Комплект для дооснащення, що розширює наявний вимірювач електростатичного поля функцією монітора із зарядженою пластиною. Так ви перевіряєте дію іонізаторів в EPA, не купуючи другого вимірювального приладу.

## Опис

Набір перетворює вимірювач електростатичного поля на інструмент для перевірки іонізаторів.

Монітор із зарядженою пластиною (CPM) працює з ізольованою металевою пластиною, яку заряджають, а потім розряджають у потоці повітря іонізатора. Так видно, чи надійно іонізатор знімає заряди й чи працює збалансовано.

Комплект для дооснащення призначений для наявного вимірювача електростатичного поля. Точний комплект постачання та відповідні прилади ми вкажемо до пропозиції.

## Типові сфери застосування

• Перевірка іонізаційних вентиляторів і стрижнів

• Приймання нових іонізаторів

• Регулярний контроль у межах ESD-програми

• Пошук причин незрозумілих зарядів

## На що звернути увагу під час вибору

• Сумісність: перевірте, чи ваш вимірювач електростатичного поля призначений для цього набору.

• Завдання перевірки: набір слугує для контролю іонізаторів.

• Альтернатива: є також вимірювач електростатичного поля з уже включеним набором.

• Документація: визначте, як ви фіксуватимете результати вимірювань.

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Артикул | DSWL73726 |
| Придбання | на запит, пропозиція з ціною та пакувальною одиницею |

## Вказівки щодо застосування

Вимірюйте іонізатори через визначені проміжки часу та за однакових умов, щоб результати можна було порівнювати. Тримайте пластину чистою, бо забруднення може спотворити вимірювання.

## Поширені запитання

Пов’язане: ESD-вимірювальна та випробувальна техніка · Усі ESD-товари · Основи ESD

Переглянути технічний лист (вебсторінка, німецькою)

## Варіанти

| Виконання | Артикул |
|---|---|
| Стандарт | DSWL73726 |

Складено на основі даних про виріб. Цей лист не замінює сертифікат випробувань. Визначальними є оригінальні документи.